



D/47/2016

L.dz. DZP: 629/2016

Opole, 10.11.2016 r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Dostawa mikroskopów dla Uniwersytetu Opolskiego na potrzeby kierunku lekarskiego**”.

Zgodnie z art. 92. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, że dokonano:

w Części nr 1
pn.: Dostawa mikroskopów nauczycielskich wraz z kamerą
– zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ

ODRZUCENIA

Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: **LABSOFT – Krzysztof Herman, ul. Puławska 469, 02-884 Warszawa** została **odrzucona** w niniejszej części przedmiotowego postępowania na podstawie art. 89. ust. 1. pkt 2) ustawy, tj.: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

UZASADNIENIE

Wykonawca dostarczył na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z pkt. 8. SIWZ) opis przedmiotu zamówienia (*sporządzony na podstawie załącznika nr 1A do SIWZ*), który nie potwierdza wymagań określonych przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia.

I. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym Mikroskopu dydaktyczno-naukowego – 5 sztuk:

- 1) Wykonawca zaoferował:
Leica DM3000-Mikroskop badawczy, biologiczny, dolno stolikowy, do prowadzenia obserwacji w polu jasnym z obiektywami klasy N-Plan (...).

Zamawiający wymagał:
Mikroskop badawczy, biologiczny, dolno stolikowy, do prowadzenia obserwacji w polu jasnym z obiektywami klasy UIS-2 (...).

- 2) Wykonawca zaoferował:
Nasadka binokulama z foto-tubusem, o numerze pola FOV 22, o kącie nachylenia 30 stopni. Zwrotnica trójpozycyjna podziału światła okulary/foto-tubus: (100/0,50/50, 0/100).

Zamawiający wymagał:
Nasadka binokulama z foto-tubusem, o numerze pola FOV 22, o kącie nachylenia 30 stopni. Zwrotnica trójpozycyjna podziału światła okulary/foto-tubus: (100/0, 20/80, 0/100).

- 3) Wykonawca zaoferował:
Okulary z wywijanymi osłonkami gumowymi o powiększeniu 10x, numerze pola FN 22, oba z korekcją dioptryjną.

Zamawiający wymagał:
Okulary z wywijanymi osłonkami gumowymi o powiększeniu 10x, numerze pola FN 22, w tym jeden z nich nastawczy.



- 4) Wykonawca zaoferował:
Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętlami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów, współosiowe pokrętła regulacji ostrości z precyzją dla pokrętła makro 14,2mm/obróć oraz dla pokrętła mikro 0.1mm/obróć do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja momentu obrotowego dla śruby makro, skok przesuwu 25 mm, wbudowana blokada położenia stolika (wysokości). Minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr.
- Zamawiający wymagał:
Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętlami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów, współosiowe pokrętła regulacji ostrości z precyzją dla pokrętła makro 15mm/obróć oraz dla pokrętła mikro 0.1 mm/obróć do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja momentu obrotowego dla śruby makro, skok przesuwu 25 mm, wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości). Minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr.
- 5) Wykonawca zaoferował:
Automatyczny uchwyt rewolwerowy na 6 obiektywów zgodny ze standardem gwintu metrycznego M25 z możliwością zamocowania obiektywów standardzie RMS kodowany.
- Zamawiający wymagał:
Uchwyt rewolwerowy na 5 obiektywów, kodowany zgodny ze standardem mocowania obiektywów RMS.
- 6) Wykonawca zaoferował:
*Obiektywy PLAN-achromatyczne o długości optycznej 45mm, o powiększeniach / aparaturze / odległości roboczej (WD):
4x/0,10/WD 18 mm
10x/0,25/WD 12mm
20x / 0,40 / WD 0,92mm
40x / 0,65 / WD 0,35mm
100x/1,25/WD 0,10mm*
- Zamawiający wymagał:
*Obiektywy PLAN-achromatyczne o długości optycznej o powiększeniach / aparaturze / odległości roboczej (WD):
4x/0,10/WD 18,5mm
10x/0,25/WD 10,6mm
20x/0,40/WD 1,2mm
40x/0,65/WD 0,17mm
100x/1,25/WD 0,13mm*
- 7) Wykonawca zaoferował:
Kondensor Abbego „Swing out” Aparatura numeryczna 1,25, regulowana przesłona aparaturowa.
- Zamawiający wymagał:
Kondensor Abbego „Swing out” z dodatkową soczewką do obiektywu 100x. Aparatura numeryczna 1,25, regulowana przesłona aparaturowa.
- 8) Wykonawca zaoferował:
Adapter do podłączania kamery. Synchronizacja ostrości odbywa się poprzez dopasowanie okularów (oba nastawcze).
- Zamawiający wymagał:
Dwuczłonowy adapter do podłączenia kamery mikroskopowej z możliwością precyzyjnego ustawienia ostrości obrazu zarówno w okularach i monitorze.



II. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym Kamery mikroskopowej ze złączem HDMI i programem - 5 sztuk:

- 1) Wykonawca zaoferował:
(...), Rozdzielczość 5 MPix i zapis na karcie SD (karta w zestawie), rozdzielczość 1920x1080 przy obrazie na żywo możliwość zapisu filmów w formacie MP4. Przetwornik CMOS 1/2", Program Leica Application Suite. Pozwalający na zapis zdjęć oraz pomiary.

Zamawiający wymagał:

(...), Rozdzielczość 2 MPix i zapis na karcie SD, Rozdzielczość HDMI 1080 x 1080 przy bezpośrednim podłączeniu do monitora, Szybka transmisja do komputera przy rozdzielczości 1980x1080 poprzez USB-2.0 Przetwornik CMOS 1/2,8", Program Images Plus 3.0 w pakiecie

- 9) Wykonawca zaoferował:
Program do przechwytywania i analizy obrazu wraz z pomiarami w języku angielskim.

Zamawiający wymagał:

Program do przechwytywania i analizy obrazu wraz z pomiarami w języku angielskim oraz w języku polskim.

W związku z powyższym Zamawiający stwierdza o odrzuceniu oferty w niniejszej części przedmiotowego postępowania, jako w pełni uzasadnione i stanowiące jego obowiązek.

WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez:

**Conbest Sp. z o. o.
ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków**

Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert:

„Cena” – sześćdziesiąt [60,00] punktów

„Liczba dni kalendarzowych wykonania przedmiotu zamówienia” – zero [0,00] punktów

„Termin gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia” – pięć [5,00] punktów

Łącznie – sześćdziesiąt pięć [65,00] punktów

W przedmiotowym postępowaniu w niniejszej części nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono jedną [1] ofertę.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94. ust. 1. pkt 2) ustawy.

KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski