



D/47/2016

L.dz. DZP: 639/2016

Opole, 16.11.2016 r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Dostawa mikroskopów dla Uniwersytetu Opolskiego na potrzeby kierunku lekarskiego**”.

Zgodnie z art. 92. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, że dokonano:

w Części nr 2
pn.: Dostawa mikroskopów studenckich
– zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ

ODRZUCENIA

- I. Oferta nr 2** złożona przez Wykonawcę: **OPTA-TECH Sp. z o. o., Al. KEN 36, lok. U211, 02-797 Warszawa** została **odrzucona** w niniejszej części przedmiotowego postępowania na podstawie art. 89. ust. 1. pkt 2) ustawy, tj.: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

UZASADNIENIE

Wykonawca dostarczył na wezwanie (pismo L.dz. DZP:591/2016, z dnia 25.10.2016 r.) Zamawiającego (zgodnie z pkt. 8. SIWZ) opis przedmiotu zamówienia (sporządzony na podstawie załącznika nr 1B do SIWZ). Dostarczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia, nie potwierdził wymagań określonych przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia.

W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym Mikroskopu biologicznego dolno-stolikowego do badań w świetle przechodzącym z optyką UIS-2: 12 sztuk:

- 1) Wykonawca zaoferował:
Statyw ze stopów aluminium z ergonomicznymi 2-ma uchwytami z tworzywa pozwalającymi na łatwe przenoszenie mikroskopu posiadający z tyłu kieszeń do przechowywania kabla zasilającego i chowania w razie potrzeby jego nadmiaru. Współosiowe pokrętła ustawienia ostrości makro/mikro z zakresem przesuwu 15 mm z blokadą ustawień przesuwu makro w celu ochrony preparatu i obiektywów. Skala na pokrętle makro z minimalną wartością 2 um.

Zamawiający wymagał:

Statyw ze stopów aluminium z ergonomicznymi 2-ma uchwytami z tworzywa pozwalającymi na łatwe przenoszenie mikroskopu posiadający z tyłu kieszeń do przechowywania kabla zasilającego i chowania w razie potrzeby jego nadmiaru. Współosiowe pokrętła ustawienia ostrości makro/mikro z zakresem przesuwu 15 mm z blokadą ustawień przesuwu makro w celu ochrony preparatu i obiektywów. Skala na pokrętle makro z minimalną wartością 2.5um.

- 2) Wykonawca zaoferował:
Stolik przedmiotowy, mechaniczny: 140x150mm z przesuwem 76x50mm.

Zamawiający wymagał:

Stolik przedmiotowy, mechaniczny: 120x132mm z przesuwem 76x30mm.



W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym Mikroskopu biologicznego dolno-stolikowego do badań w świetle przechodzącym z optyką UIS-2: 56 sztuk:

- 1) Wykonawca zaoferował:
Statyw ze stopów aluminium z ergonomicznymi 2-ma uchwytami z tworzywa pozwalającymi na łatwe przenoszenie mikroskopu posiadający z tyłu kieszeń do przechowywania kabla zasilającego i chowania w razie potrzeby jego nadmiaru. Współosiowe pokrętła ustawienia ostrości makro/mikro z zakresem przesuwu 15 mm z blokadą ustawień przesuwu makro w celu ochrony preparatu i obiektywów. Skala na pokrętło makro z minimalną wartością 2 um.

Zamawiający wymagał:

Statyw ze stopów aluminium z ergonomicznymi 2-ma uchwytami z tworzywa pozwalającymi na łatwe przenoszenie mikroskopu posiadający z tyłu kieszeń do przechowywania kabla zasilającego i chowania w razie potrzeby jego nadmiaru. Współosiowe pokrętła ustawienia ostrości makro z zakresem przesuwu 15 mm z blokadą ustawień przesuwu makro w celu ochrony preparatu i obiektywów. Skala na pokrętło makro z minimalną wartością 2.5um.

W celu wyjaśnienia wątpliwości Zamawiającego i jednoznacznego potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest równoważny i spełnia wymagania określone w SIWZ Zamawiający wezwał Wykonawcę (pismo L.dz. DZP:605/2016, z dnia 07.11.2016 r.) o złożenie wyjaśnień oraz na ich potwierdzenie o dostarczenie Karty Produktu – specyfikacji technicznej producenta oferowanego sprzętu.

Dostarczona Karta katalogowa proponowanego Mikroskopu Diagnostycznego OPTA-TECH serii MB200 zawiera rysunek, który nie potwierdza: regulacji zestawu między źrenicowego: 48 do 75 mm; kieszeni tylnej do przechowywania kabla zasilającego; wbudowanego w korpus gniazda zabezpieczającego tzw. „security-slot”.

Dostarczony przez Wykonawcę dokument – Karta katalogowa proponowanego Mikroskopu Diagnostycznego OPTA-TECH serii MB200 zawiera istotny i jednoznaczny zapis o treści „Ze względu na stały postęp technologiczny parametry urządzeń mają charakter informacyjny, odnoszą się do przykładowych konfiguracji i mogą ulec zmianie”. Tym samym dostarczony dokument nie potwierdza oferowanych w opisie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.

Niemniej jednak porównanie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów tj.: opisu przedmiotu zamówienia (sporządzonego na podstawie załącznika nr 1B do SIWZ) i Karta katalogowa proponowanego Zamawiającemu Mikroskopu Diagnostycznego OPTA-TECH serii MB200 wskazuje na ich niespójność:

- 1) Karta katalogowa proponowanego Mikroskopu Diagnostycznego OPTA-TECH serii MB200 zawiera zapis:
Obiektywy PLAN-ACHROMATYCZNE, odpowiadające klasie UIS2, z korekcją do nieskończoności z dużym dystansem roboczym:
4x/0,1 WD 18,5 mm,
10x/0,25 WD 10,5 mm
20x/0,40 WD 1,2 mm
40Ax/0,65 WD 0,6 mm
100A01x/1,25 WD 0,13 mm - imerysnyj

Opis przedmiotu zamówienia (sporządzony przez Wykonawcę na podstawie załącznika nr 1B do SIWZ) zawiera zapis:

Obiektów PLAN-ACHROMATYCZNY klasy UIS-2 z korekcją do nieskończoności z dużym dystansem roboczym (spełniające minimalne wymagania):
4x/0,1 WD 18,5 mm,
10x/0,25 WD 10,5 mm
40x/0,65 WD 0,6 mm



100x/1,25 WD 0,13 mm. Imerysjny/Oil

Zgodnie z art. 87. ust. 1. ustawy niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

Zamawiający na podstawie dostarczonych dokumentów stwierdza, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie potwierdza wymagań Zamawiającego, a także nie wskazuje na jego równowagę.

W związku z powyższym Zamawiający stwierdza o odrzuceniu oferty w niniejszej części przedmiotowego postępowania, jako w pełni uzasadnione i stanowiące jego obowiązek.

- II. **Oferta nr 3** złożona przez Wykonawcę: **LABSOFT – Krzysztof Herman, ul. Puławska 469, 02-884 Warszawa** została **odrzucona** w niniejszej części przedmiotowego postępowania na podstawie art. 89. ust. 1. pkt 2) ustawy, tj.: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

UZASADNIENIE

Wykonawca dostarczył na wezwanie (pismo L.dz. DZP:626/2016, z dnia 10.11.2016 r.) Zamawiającego (zgodnie z pkt. 8. SIWZ) opis przedmiotu zamówienia (sporządzony na podstawie załącznika nr 1B do SIWZ). Dostarczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia, nie potwierdził wymagań określonych przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia.

W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym Mikroskopu biologicznego dolno-stolikowego do badań w świetle przechodzącym z optyką UIS-2: 12 sztuk:

- 1) Wykonawca zaoferował:

Stała wysokość

Zamawiający wymagał:

Konstrukcja tubusów okularowych w głowicy pozwala na ustawienie wysokości roboczej okularów w zakresie 370.0 mm do 432.9 mm, co pozwala na wygodną pracę osób niższych i wyższych.

- 2) Wykonawca zaoferował:

Regulacja rozstawu międzyżrenicowego 55 do 75 mm.

Zamawiający wymagał:

Regulacja rozstawu międzyżrenicowego 48 do 75 mm.

- 3) Wykonawca zaoferował:

Obiektywy PLAN-ACHROMATYCZNE klasy HI-PLAN z korekcją do nieskończoności z dużym dystansem roboczym (spełniające minimalne wymagania):

4x/0,10/WD 18 mm

10x/0,25/WD 12mm

40x / 0,65/WD 0,35mm

100x/1,25WD 0,13 mm. Imerysjny/Oil

Zamawiający wymagał:

Obiektywy PLAN-ACHROMATYCZNY klasy UIS-2 z korekcją do nieskończoności z dużym dystansem roboczym (spełniające minimalne wymagania):

4x/0,10 WD 18,5 mm

10x/0,25WD 10,5mm

40x/0,65 WD 0,6 mm

100x/1,25 WD 0,13 mm. Imerysjny/Oil.



- 4) Wykonawca zaoferował:
Statyw ze stopów aluminium z ergonomicznymi uchwytemi z tworzywa pozwalającymi na łatwe przenoszenie mikroskopu posiadający z tyłu kieszeń do przechowywania kabla zasilającego i chowania w razie potrzeby jego nadmiaru. Współosiowe pokrętła ustawienia ostrości makro/mikro. Skala na pokrętło makro z minimalną wartością 3 um. Samonastawny mechanizm ustawiania ostrości.
- Zamawiający wymagał:
Statyw ze stopów aluminium z ergonomicznymi 2-ma uchwytemi z tworzywa pozwalającymi na łatwe przenoszenie mikroskopu posiadający z tyłu kieszeń do przechowywania kabla zasilającego i chowania w razie potrzeby jego nadmiaru. Współosiowe pokrętła ustawienia ostrości makro/mikro z zakresem przesuwu 15 mm z blokadą ustawień przesuwu makro w celu ochrony preparatu i obiektywów. Skala na pokrętło makro z minimalną wartością 2.5um.
- 5) Wykonawca zaoferował:
Stolik przedmiotowy, mechaniczny: 185x140mm z przesuwem 76 mm x 26 mm (z noniuszem).
- Zamawiający wymagał:
Stolik przedmiotowy, mechaniczny: 120x132mm z przesuwem 76x30mm.
- 6) Wykonawca zaoferował:
Prowadnice przesuwu X-Y z uchwytem na jeden preparat.
- Zamawiający wymagał:
Prowadnice przesuwu X-Y z uchwytem na dwa preparaty.
- 7) Wykonawca zaoferował:
Specjalna powłoka antybakteryjna na powierzchni mikroskopu, możliwość doposażenia w kamerę i zestaw do polaryzacji.
- Zamawiający wymagał:
Wbudowany w korpus tzw „security-slot” pozwalający na zabezpieczenie mikroskop przed kradzieżą.
- 8) Wykonawca zaoferował:
Wyposażenie opcjonalne: obiektyw 20x (20x / 0,40 / WD 0,92mm), mikrometry okularowe.
- Zamawiający wymagał:
Wyposażenie opcjonalne obiektyw 20x, Okulary 15x FN-12, mikrometry okularowe.
- 9) Wykonawca zaoferował:
Skrzynka aluminiowa do przechowania mikroskopu.
- Zamawiający wymagał:
Skrzynka drewniana do przechowania mikroskopu.

W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym Mikroskopu biologicznego dolno-stolikowego do badań w świetle przechodzącym z optyką UIS-2: 56 sztuk:

- 1) Wykonawca zaoferował:
Stała wysokość



Zamawiający wymagał:

Konstrukcja tubusów okularowych w głowicy pozwala na ustawienie wysokości roboczej okularów w zakresie 370.0 mm do 432.9 mm, co pozwala na wygodną pracę osób niższych i wyższych.

- 2) Wykonawca zaoferował:

Regulacja rozstawu międzyżrenicowego 55 do 75 mm.

Zamawiający wymagał:

Regulacja rozstawu międzyżrenicowego 48 do 75 mm.

- 3) Wykonawca zaoferował:

Obiektywy PLAN-ACHROMATYCZNE klasy HI-PLAN z korekcją do nieskończoności z dużym dystansem roboczym (spełniające minimalne wymagania):

4x/0,10/WD 18 mm

10x/0,25/WD 12mm

40x / 0,65/WD 0,35mm

100x/l,25WD 0,13 mm. Imerysjny/Oil

Zamawiający wymagał:

Obiektów PLAN-ACHROMATYCZNY klasy UIS-2 z korekcją do nieskończoności z dużym dystansem roboczym (spełniające minimalne wymagania):

4x/0,10 WD 18,5 mm

10x/0,25WD 10,5mm

40x/0,65 WD 0,6 mm

100x/1,25 WD 0,13 mm. Imerysjny/Oil.

- 4) Wykonawca zaoferował:

Statyw ze stopów aluminium z ergonomicznymi uchwytami z tworzywa pozwalającymi na łatwe przenoszenie mikroskopu posiadający z tyłu kieszeń do przechowywania kabla zasilającego i chowania w razie potrzeby jego nadmiaru. Współosiowe pokrętła ustawienia ostrości makro/mikro. Skala na pokrętło makro z minimalną wartością 3 um. Samonastawny mechanizm ustawiania ostrości.

Zamawiający wymagał:

Statyw ze stopów aluminium z ergonomicznymi 2-ma uchwytami z tworzywa pozwalającymi na łatwe przenoszenie mikroskopu posiadający z tyłu kieszeń do przechowywania kabla zasilającego i chowania w razie potrzeby jego nadmiaru. Współosiowe pokrętła ustawienia ostrości makro/mikro z zakresem przesuwu 15 mm z blokadą ustawień przesuwu makro w celu ochrony preparatu i obiektów. Skala na pokrętło makro z minimalną wartością 2.5um.

- 5) Wykonawca zaoferował:

Stolik przedmiotowy, mechaniczny: 185x140mm z przesuwem 76 mm x 26 mm (z noniuszem).

Zamawiający wymagał:

Stolik przedmiotowy, mechaniczny: 120x132mm z przesuwem 76x30mm.

- 6) Wykonawca zaoferował:

Prowadnice przesuwu X-Y z uchwytem na jeden preparat.

Zamawiający wymagał:

Prowadnice przesuwu X-Y z uchwytem na dwa preparaty.



- 7) Wykonawca zaoferował:
Specjalna powłoka antybakteryjna na powierzchni mikroskopu, możliwość doposażenia w kamerę i zestaw do polaryzacji.

Zamawiający wymagał:

Wbudowany w korpus tzw „security-slot” pozwalający na zabezpieczenie mikroskop przed kradzieżą.

- 8) Wykonawca zaoferował:
Wyposażenie opcjonalne: obiektyw 20x (20x / 0,40 / WD 0,92mm), mikrometry okularowe.

Zamawiający wymagał:

Wyposażenie opcjonalne obiektyw 20x, Okulary 15x FN-12, mikrometry okularowe.

- 9) Wykonawca zaoferował:
Skrzynka aluminiowa do przechowania mikroskopu.

Zamawiający wymagał:

Skrzynka drewniana do przechowania mikroskopu.

Zamawiający na podstawie dostarczonych dokumentów jednoznacznie stwierdza, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie potwierdza wymagań Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający stwierdza o odrzuceniu oferty w niniejszej części przedmiotowego postępowania, jako w pełni uzasadnione i stanowiące jego obowiązek.

WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez:

Conbest Sp. z o. o.
ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków

Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert:

„Cena” – *sześćdziesiąt* [60,00] punktów

„Liczba dni kalendarzowych wykonania przedmiotu zamówienia” – *zero* [0,00] punktów

„Termin gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia” – *pięć* [5,00] punktów

Łącznie – *sześćdziesiąt pięć* [65,00] punktów

W przedmiotowym postępowaniu w niniejszej części nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono *dwie* [2] oferty.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94. ust. 1. pkt 2) ustawy.

KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski