



UNIwersytet  
O P O L S K I

## DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole  
tel. +48 77 541 59 77  
fax +48 77 541 60 26  
zamowienia@uni.opole.pl  
www.zamowienia.uni.opole.pl

Opole, 24.07.2017 r.

D/18/2017

L.dz. DZP: 435/2017

**Do:**

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, pn.: *Dostawa wyposażenia pierwotnego segmentu R – budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego*.

Na podstawie art. 38 ustawy Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania:

### **Pytanie nr 1**

W Sali T-5a PRACOWNIA ANATOMII WIRTUALNEJ wg załączonego do SIWZ rysunku projektor ma być zamontowany w odległości 420 cm od ekranu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamontowanie projektora w odległości 465 cm lub większej od ekranu?

Chodzi o pełne wykorzystanie szerokości ekranu (300 cm), przy mniejszej odległości zamontowania projektora obraz będzie miał szerokość około 270 cm, więc nie wykorzysta pełnej szerokości ekranu.

### **Odpowiedź**

TAK.

### **Pytanie nr 2**

Pozycja: zestaw komputerowy z monitorem:

monitor min 21 cali, komputer typu miniPC z platformą e-learning.

Czy Zamawiający może uszczegółowić co ma obejmować ta platforma? Jaki system operacyjny jest wymagany i czy ma mieć jakieś dodatkowe oprogramowanie do współpracy z platformą e-learning?

### **Odpowiedź**

Możliwość dostępu do platformy.

### **Pytanie nr 3**

I.W załączniku : Technologia R jest opis matrycy HDMI 16x16 i parowanie sal. W załączniku specyfikacja Techniczna — brak tej matrycy .

Zakładane było „parowanie” sal (sale dzielone) w następującym zestawieniu:

- sala ćwiczeń E-3.9 + sala ćwiczeń E-3.10 — brak sal w dokumentacji - sala ćwiczeń E-3.29 + sala ćwiczeń E-3.31 — brak sal w dokumentacji
- sala ćwiczeń 2.8 + sala ćwiczeń 2.9
- sala ćwiczeń 3.8 + sala ćwiczeń 3.9
- sala seminaryjna E-4 + sala seminaryjna E-5. — brak sal w dokumentacji

2. W załączniku „Opis Technologia R” jest fragment: - „5 wyjść do transmisji wideo do projektorów. Po jednym dla każdej „pary” sal”. Wymagania na projektory nie zawierają specyfikacji wejść.

### **Odpowiedź**

Projektor 3LCD, rozdzielczość natywna WUXGA (1920x1200), jasność 5000 lumenów (światło białe i kolorowe), źródło światła laserowe, instalacja w zakresie 360°, lens shift, korekcja geometrii, cichy wentylator, wejścia minimum HDMI, HDBaseT (RJ-45), RS-232 do sterowania.

**Pytanie nr 4**

Czy stół interaktywny będzie przyłączony do lokalnego wejścia HDMI czy będzie pracował samodzielnie?

**Odpowiedź**

Stół interaktywny nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

**Pytanie nr 5**

Czy odległości projekcji podane na rzutach pięter mogą być dobrane w oferowanych projektorach z tolerancją np. +/-5 lub +/-10%?

**Odpowiedź**

Wykonawca winien dobrać projektor tak, aby w pełni pokrywał on obrazem zaproponowany ekran.

Dokładne miejsce montażu projektorów powinno zostać ustalone w porozumieniu z Generalnym Wykonawcą budynku oraz Zamawiającym. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę lokalizacji projektora.

**Pytanie nr 6**

Jakim modelem matrycy HDMI 16x16 dysponuje Zamawiający?

**Odpowiedź**

Zamawiający posiada Matrycę 32x32 (błąd w opisie) typu Extron XTP CrossPoint II 3200.

**Pytanie nr 7**

Czy Wykonawca będzie zobowiązany do skonfigurowania posiadanej przez Zamawiającego matrycy 16x16 aby współpracowała z salami 2.8/2.9 i 3.8/3.0?

**Odpowiedź**

Tak. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż posiada matrycę 32x32

**Pytanie nr 8**

Czy okablowanie z tej matrycy do wejść i wyjść w każdej sal: 2.8/2.9 i 3.8/3.0 jest doprowadzone?

**Odpowiedź**

Tak. Jest doprowadzona skrętka kategorii 6.

**Pytanie nr 9**

Czy wyjścia i wejścia do/z matrycy do sal 2.8/2.9 i 3.8/3.9 są w formacie HDMI czy HDBaseT (skrętka 4-par)?

**Odpowiedź**

Zamawiający posiada wejścia/wyjścia obu rodzajów.

**Pytanie nr 10**

Czy jeżeli Zamawiający przewiduje wyjście HDBaseT z matrycy do projektorów w ww parach sal, Zamawiający dysponuje odpowiednimi do matrycy odbiornikiem sygnału HDBaseT?

**Odpowiedź**

Projektor musi być wyposażony w wejście HDBase-T.

**Pytanie nr 11**

Czy drugi projektor w każdej parze sal nie będzie przyłączony do matrycy 16x16 i będzie wyświetlał tylko obraz z lokalnego przyłącza HDMI?

**Odpowiedź**

Zgodnie z udzielonymi wyżej odpowiedziami, Zamawiający posiada w projekcie matrycę 32x32 (błąd w opisie). Drugi projektor również winien być przyłączony do matrycy.

**Pytanie nr 12**

W dokumentacji przetargowej brak wymagań na Aparat USG. Na rynku jest wiele takich produktów. Czy Zamawiający może udostępnić wymagania techniczne na Aparat USG?

**Odpowiedź**

Poniżej parametry USG do Anatomii:

- intuicyjna obsługa w języku polskim
- pamięć wewnętrzna, zapisywanie badań na pendrivie lub przez złącze USB na komputerze
- programy specjalistyczne do badania poszczególnych narządów (j.brzusna, naczynia, itp.)
- powiększenie w czasie rzeczywistym (zoom)
- Doppler PW, CW (opcjonalnie), Color, Power (opcjonalnie)
- monitor 15" lub większy
- dwie głowice szerokopasmowe z obrazowaniem harmonicznym:
  1. Convex 2.5/5 MHz (lub o zbliżonych parametrach)
  2. Liniowa 6.5/9 MHz (lub o zbliżonych parametrach)
- ruchomy stolik na aparat USG
- gwarancja 24 mc lub dłuższa
- certyfikat CE dla urządzeń medycznych
- serwis pogwarancyjny.

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowane ekranów projekcyjnych – 3 szt. o wymiarach ekranu 300x191 cm i powierzchni roboczej 290x181 cm?

**Odpowiedź**

TAK

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający może określić minimalne wymagania dotyczące aparatu USB?

**Odpowiedź**

Określono w niniejszym piśmie w odpowiedziach na pytanie nr 12.

**Pytanie nr 15**

Na rysunku technicznym T-8 R załączonym do SWIZ przedstawiono biurko typu B2 z kanałem kablowym przebiegającym wzdłuż całej szerokości biurka, co nie jest zawarte w opisie specyfikacji. Takie rozwiązanie systemowo dostępne jest dla biurek typu B1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ujednolicenia biurek typu B2 z biurkami typu B1, przy zachowaniu szerokości i głębokości biurek podanych w specyfikacji punkt 1?

**Odpowiedź**

TAK – warunek zachowanie kierunku biurek

**Pytanie nr 16**

Na rysunku technicznym T-8 R załączonym do SWIZ przedstawiono biurko typu B1 z boksem podwieszanym pod blatem mieszczącym jednostkę centralną. Na rysunku nie przedstawiono systemu mocowania do ramy lub blatu. Waga szafki wraz z komputerem w naszej opinii będzie zbyt duża, co niesie ryzyko uszkodzenia blatu lub wygięcia ramy w przypadku zastosowania niesystemowych rozwiązań. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania systemowego rozwiązania w formie stalowego uchwytu na komputer przykręcanego bezpośrednio do ramy biurka?

**Odpowiedź**

TAK

**Pytanie nr 17**

Na rysunku technicznym T-8 R załączonym do SWIZ przedstawiono biurko typu B2 z boksem podwieszanym pod blatem mieszczącym jednostkę centralną. Na rysunku nie przedstawiono systemu mocowania do ramy lub blatu. Waga szafki wraz z komputerem w naszej opinii będzie zbyt duża, co niesie ryzyko uszkodzenia blatu lub wygięcia ramy w przypadku zastosowania niesystemowych rozwiązań. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania systemowego rozwiązania w formie stalowego uchwytu na komputer przykręcanego bezpośrednio do ramy biurka?

**Odpowiedź**

TAK

**Pytanie nr 18**

Na rysunku technicznym T-8 R załączonym do SWIZ przedstawiono biurko typu B1 z wysuwaną szufladą na klawiaturę. Na rysunku nie przedstawiono systemu mocowania do ramy lub blatu. W opisie specyfikacji brak informacji na temat szuflady na klawiaturę. Czy zatem szuflady na klawiaturę są akcesoryjnym elementem dodatkowym, który nie jest wymagany przez Zamawiającego?

**Odpowiedź**

Zamawiający akceptuje biurko bez szuflady na klawiaturę.

**Pytanie nr 19**

Na rysunku technicznym T-8 R załączonym do SWIZ przedstawiono biurko typu B2 z wysuwaną szufladą na klawiaturę. Na rysunku nie przedstawiono systemu mocowania do ramy lub blatu. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji wysuwanej szuflady na klawiaturę bezpośrednio do blatu biurka?

**Odpowiedź**

TAK

**Pytanie nr 20**

W opisie specyfikacji technicznej biurko typu B1 posiadać ma nogi metalowe malowane proszkowo na kolor RAL 9007. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość malowania proszkowo na kolor RAL 9006?

**Odpowiedź**

TAK

**Pytanie nr 21**

W opisie specyfikacji technicznej biurka typu B2 posiadać mają nogi metalowe malowane proszkowo na kolor RAL 9007. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość malowania proszkowo na kolor RAL 9006?

**Odpowiedź**

TAK

**Pytanie nr 22**

W opisie specyfikacji technicznej biurko typu B1 posiadać ma wysokość całkowitą 750 mm. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia biurek o wysokości w zakresie 740-750 mm?

**Odpowiedź**

TAK

**Pytanie nr 23**

Z opisu specyfikacji technicznej biurek typu B4 wynika, iż biurka te powinny spełniać wymagania analogiczne dla pozycji B2. Tymczasem rycina zamieszczona w specyfikacji technicznej przedstawia rysunek właściwy dla biurek typu B1. Proszę o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego.

**Odpowiedź**

Meble B4 opisane jako stoły laboratoryjne powinny spełniać wymagania jak dla biurek B1.

**Pytanie nr 24**

W specyfikacji technicznej pozycja B4 występuje dwukrotnie: jako numer 3 i 4. Czy jest to spowodowane konkretnymi przesłankami? Proszę o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego.

**Odpowiedź**

W pozycji nr 3 oznaczonej B4 należy przyjąć stół laboratoryjny (na rysunku technologii oznaczony SL). W pozycji nr 4 należy przyjąć stół laboratoryjny jw., (na rysunku technologii oznaczony SL), lecz dodatkowo z panelem wystającym ponad blat 20-30cm, umożliwiającym centralny montaż monitora do użytku dla obydwu stanowisk (studentów). Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dopuszczalna wysokość tych mebli mieści się w przedziale 730-750 mm.

**Pytanie nr 25**

W specyfikacji technicznej krzesło laboratoryjne typu K1 podano wymagającą ilość 50 sztuk. Z rzutów technicznych wynika, że potrzebne są 52 sztuki. Proszę o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego.

**Odpowiedź**

52 sztuki

**Pytanie nr 26**

W specyfikacji technicznej szafa biurowa z półkami typu SZ-3 posiada wysokość całkowitą 210 mm. Czy jest to poprawna wartość? Prosimy o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego.

**Odpowiedź**

TAK

**Pytanie nr 27**

W specyfikacji technicznej szafka szatniowa z ławeczką typu SZ-U posiada wymiar całkowity 61x51x209 cm. Czy podany wymiar odnosi się do samego korpusu szafki czy do całkowitego obrysu mebla wraz z ławeczką?

**Odpowiedź**

Podany wymiar odnosi się do samego korpusu szafki.

**Pytanie nr 28**

W specyfikacji technicznej szafka szatniowa z ławeczką typu SZ-U wykonana ma być z blachy malowanej proszkowo. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego koloru dla obudowy i frontów szafek?

**Odpowiedź**

TAK – Zamawiający dopuszcza kolor RAL 3000 (czerwony).

**Pytanie nr 29**

W specyfikacji technicznej szafka szatniowa z ławeczką typu SZ-U wykonana ma być z blachy malowanej proszkowo na kolor i RAL 1021 żółty. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie koloru RAL 1023 żółty?

**Odpowiedź**

TAK

**Pytanie nr 30**

W specyfikacji technicznej zawarto wymiary kanap typu S-K w zakresie 80x200 cm, wysokość siedziska 40, oparcia ok 80 cm. Jaka jest dopuszczalna tolerancja wymiarów akceptowalna przez Zamawiającego?

**Odpowiedź**

Dopuszczalna tolerancja  $\pm 10$ cm

**Pytanie nr 31**

W specyfikacji technicznej podstawa kanap oraz stolików typu S-K jest na konstrukcji metalowej ze stali nierdzewnej. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie podstaw na konstrukcji metalowej chromowanej?

**Odpowiedź**

TAK

**Pytanie nr 32**

W załączniku : „Specyfikacja techniczna mebli i sprzętu” w punkcie Sprzęt elektroniczny i multimedialny znajduje się pozycja 10. Drukarka Biurowa. Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę na drukarkę w innym kolorze niż czarny ?

**Odpowiedź**

Zamawiający zaakceptuje drukarkę kolorze czarnym lub szarym (różne odcienie).

**Pytanie nr 33**

Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę na drukarkę o wymiarach (szer. x dł. x wys.) 406x454x255 mm zamiast wymaganego wymiaru 400 mm × 398 mm × 223 mm?

**Odpowiedź**

TAK.

**Pytanie nr 34**

W załączniku : „Specyfikacja techniczna mebli i sprzętu” w punkcie Sprzęt elektroniczny i multimedialny znajduje się pozycja 12. Zestaw komputerowy z monitorem, Zamawiający wymaga „komputera typu miniPC z platformą e-learning”. Jakiej platformy e-learning Zamawiający oczekuje w ofercie?

**Odpowiedź**

Zapis nt. platformy e-learning jest zbędny – proszę skreślić.

**Pytanie nr 35**

Zadanie 3 - Prosimy o potwierdzenie, iż montaż urządzeń nie jest objęty postępowaniem. Nie znajdujemy zapisów odnośnie montażu zarówno w Opisie Przedmiotu Zamówienia jak i we Wzorze Umowy.

**Odpowiedź**

W ofercie należy uwzględnić dostawę wraz z montażem urządzenia.

**Pytanie nr 36**

Zadanie 3 – Specyfikacja techniczna, poz. 1 projektor multimedialny. Zamawiający wymaga projektora z gwarancją minimum 5-letnią. Jak ten zapis ma się do kryterium oceny ofert w zakresie oferowanej gwarancji?

**Odpowiedź**

Zamawiający w SIWZ jednoznacznie określił gwarancję, jako: 24 m-ce lub 36 m-cy lub 37 m-cy i więcej. Zamawiający zapisem w specyfikacji technicznej o treści: „gwarancja min. 5 lat lub 12000 godzin” wskazuje potrzebę dla przedmiotowego sprzętu, jednakże zapis ten nie jest wiążący dla Wykonawców, którzy (zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SIWZ) samodzielnie mają określić termin gwarancji.

**Pytanie nr 37**

Zadanie 3 – Specyfikacja techniczna, poz. 3 i poz. 4 ekrany projekcyjne.

- a) Czy na wskazanych ekranach ma być wyświetlany obraz z projektorów wymaganych w poz. 1?
- b) Jeśli tak – co jest przyczyną tego, iż wyspecyfikowany projektor wyświetla obraz w formacie 16:10, ekrany w poz. 3 mają być w formacie 1:1 zaś ekran w poz. 4 wskazany jest jako 16:9 pomimo tego, iż wymagany przez Zamawiającego rozmiar wskazuje na format 16:10?

**Odpowiedź**

- a) TAK
- b) W uzasadnionym przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość skorygowania formatu ekranu, w zakresie jego wysokości – szerokość zgodna ze specyfikacją.

### **Pytanie nr 38**

Zadanie 3 – Specyfikacja techniczna, poz. 5, 6 i 7 – monitory wielkoformatowe.

- a) Z załączonych rysunków wynika, że wszystkie monitory montowane będą na uchwytych ściennych lub ewentualnie sufitowych. Prosimy o przyporządkowanie poszczególnych monitorów do numeracji sal w których mają się znajdować.
- b) Czy wyspecyfikowane monitory mają być częścią systemu transmisji obrazu który opisany jest w rozdziale 7 dokumentu „Opis technologia R - 2017.06.14.pdf”?
- c) Jeśli tak, czy Zamawiający wymaga, aby monitory miały możliwość sterowania nimi po sieci LAN lub z użyciem RS-232 (odpowiednie porty w monitorze)?
- d) Wyspecyfikowane monitory umożliwiają zaoferowanie rozwiązań konsumenckich, z wbudowanym dekodernem telewizji naziemnej. Czy Zamawiający rozeznawał kwestię abonamentu RTV w takim przypadku?

### **Odpowiedź**

- a) Sala anatomii wirtualnej I-piętro – monitor 60"  
Sale ćwiczeń anatomii i sale ćwiczeń histologii – monitory 55" – wg rysunków.
- b) Tak. Wyspecyfikowane monitory muszą współpracować z opisanym systemem transmisji w zakresie odbioru sygnału z matrycy centralnej. Tak samo jak projektory wyspecyfikowane w poz. 1.
- c) Tak. Zamawiający wymaga funkcjonalności sterowania monitorami po sieci LAN lub z użyciem RS-232. Wymagane są odpowiednie porty.
- d) Wykonawca winien zaoferować monitory z linii tzw. profesjonalnej, tj. bez wbudowanego tunera, jak również z przeznaczeniem do pracy ciągłej minimum 16/7

Pozycje od 5 do 7:

Monitor LCD, przekątna min. 55", rozdzielczość 4K, technologia HDR, jasność min. 440 cd/m<sup>2</sup>, praca min. 18h/7, kąty widzenia 178 stopni (pion/poziom), kontrola RS-232 lub Ethernet, minimum 2 wejścia HDMI, możliwość pracy w trybie portretowym.

### **Pytanie nr 39**

Zadanie 3 – Specyfikacja techniczna, poz. 8 i poz. 9 Uchwyt ścienny i wózek do ekranu.

- a) Czy wskazane pozycje dotyczą elementów dla monitorów z poz. 5-7?
- b) Jeśli tak, skąd rozbieżności dotyczące przekątnych? Zamawiający wymaga monitorów 55" i 60" uchwyty zaś i wózki jedynie do monitora 60".

### **Odpowiedź**

- a) TAK
- b) Wózki oraz uchwyty ścienne do monitorów mają możliwość regulacji w zależności od wielkości ekranu. Podana wartość 60" odnosi się do maksymalnego dopuszczalnego rozmiaru mocowanego monitora.

Zamawiający dopuszcza zmianę uchwyty i wózka, na uchwyty sufitowe do monitorów szt. 5.

### **Pytanie nr 40**

Zadanie 3 – Specyfikacja techniczna, poz. 12. Zestaw komputerowy z monitorem.

Jakiego typu monitory należy dostarczyć w zestawach? Brak jakichkolwiek wymogów.

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż komputery z tej pozycji mają być dostarczone bez monitora. Monitory do komputerów wyspecyfikowane zostały w kolejnej pozycji.

### **Pytanie nr 41**

Zadanie 3 – Specyfikacja techniczna, poz. 13. Monitor studenta 24 cale.

Jakiego typu wejść/wyjść i w jakich ilościach wymaga Zamawiający dla wskazanych monitorów?

### **Odpowiedź**

Zamawiający wymaga monitorów z minimum następującym zestawem złączy 2x HDMI, DVI-D, DP, 2x USB

#### **Pytanie nr 42**

Zadanie 3 – Specyfikacja techniczna, poz. 14. Aparat USG. Nie znajdujemy w dokumentacji jakichkolwiek wymogów dotyczących wymaganego przez Zamawiającego Aparatu USG. Zgodnie z ustawą PzP opis przedmiotu zamówienia powinien być jednoznaczny i wyczerpujący. W obecnym kształcie brak jest spełnienia tegoż wymogu. Prosimy o doprecyzowanie parametrów.

#### **Odpowiedź**

Określono w niniejszym piśmie w odpowiedziach na pytanie nr 12.

#### **Pytanie nr 35**

W związku z powyższymi niejasnościami wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert minimum do dnia 21.07.2017.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający niniejszym pismem z dnia 24.07.2017 r. (L.dz. DZP: 435/2017) zmienił dotychczasowy termin składania ofert na dzień 27.07.2017 r. do godziny 10:00.

Zgodnie z pkt. 12.6. SIWZ: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający modyfikuje:

- I. **SIWZ poprzez dopisanie dodatkowego punktu 3.12**, który otrzymuje następujące brzmienie: *„Jeżeli w dokumentacji przetargowej nie wskazano inaczej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał montażu przedmiotu zamówienia w miejscu jego przeznaczenia wskazanym przez Zamawiającego.”*
- II. **załącznik nr 4 do SIWZ (Projekt umowy w części nr 3) poprzez dopisanie w § 3 ust. 1**, który otrzymuje następujące brzmienie: *„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu umowy o wymaganiach/parametrach nie gorszych niż wymagania/parametry określone w załączniku nr \_\_\_\_ do umowy oraz cenami jednostkowymi zawartymi w załączniku nr \_\_\_\_ do umowy oraz montażu przedmiotu umowy w miejscu jego przeznaczenia wskazanym przez Zamawiającego (jeżeli nie wskazano inaczej w opisie przedmiotu umowy).”*

Uwzględnienie powyższych informacji w treści przygotowanych przez Państwa ofert będzie wymagać dodatkowego nakładu pracy, z tego względu dotychczasowy termin składania ofert ulega przesunięciu na dzień: 27.07.2017 r. do godziny 10:00, Dział Zamówień Publicznych, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pokój nr 2-3.

**KANCLERZ**

*mgr Zbigniew Budziszewski*

Załączniki do niniejszego pisma (zmiany zaznaczono kolorem w ich treści):

- SIWZ po modyfikacji
- Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy po modyfikacji
- Ogłoszenie o zmianie w BZP