



D/32/2017

L.dz. DZP: 674/2017

Opole, 23.10.2017 r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwaną dalej „ustawą”, pn.: „Dostawa wyposażenia dla Pracowni Fizyki Medycznej Uniwersytetu Opolskiego”.

Część nr 3:
Dostawa drukarki 3D

Na podstawie art. 92 ustawy Zamawiający zawiadamia, że:

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: **3D PRINTERS Sp. z o.o.**, ul. Aleja Ludomira Różyckiego 1c/4, 51-608 Wrocław, została **odrzucona** w niniejszej części przedmiotowego postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj.: **jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia**, zwanej dalej SIWZ.

UZASADNIENIE

Oferta nr 1 **nie spełnia wymagań Zamawiającego** określonych w przedmiotowym postępowaniu – w załączniku nr 1C do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). Zaproponowana przez Wykonawcę **oferta nie spełnia wymagań Zamawiającego** w punkcie nr 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 opisu przedmiotu zamówienia. Zamieszczona poniżej tabela prezentuje zestawienie parametrów drukarki 3D wymaganych przez Zamawiającego z parametrami oferowanymi przez Wykonawcę.

Lp.	Wymagane parametry	Przedmiot zamówienia – oferta Wykonawcy*
1	Technologia: FFF (FUSED FILAMENT FABRICATION)	FDM
2	Głowica: 0.2/0.4 mm	0.2/0.4/0.6/0.8/1.0 mm
3	Obszar roboczy: 235 x 255 x 195 mm	300 x 300 x 300 mm
4	Głowica drukująca: 1 - wymienna	1 głowica z wymienną dyszą
5	Rozdzielczość warstwy: 20 - 300 mikronów	50 – 700 mikronów
6	Średnica filamentu: 1.75 mm	2.85 mm
7	Materiał do druku: PLA	PLA, PET, ABS, TPU, HIPS, GLASS, WOOD, ASA
8	Maksymalna temperatura głowicy: 238 °C	270 °C
9	Wymiary: 490 x 550 x 470 mm	680 x 730 x 1020 mm
10	Maksymalny pobór mocy: 600 W	500 W
11	Waga: 18 - 20 kg	35 KG
12	Precyzja pozycjonowania osi X,Y: 6 mikronów	0,05 mm
13	Precyzja pozycjonowania osi Z: 0.4 mikrona	0,05 mm
14	Komunikacja: Interfejs kart SD	Interfejs kart SD

Uwzględniając powyższe Zamawiający stwierdza o odrzuceniu oferty w niniejszej części przedmiotowego postępowania, jako w pełni uzasadnione i stanowiące jego obowiązek.

KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski