



UNIWERSYTET
OPOLSKI

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 77
fax +48 77 541 60 26
zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl

D/20/2018/A

L.dz. DZP: 52/2019

Opole, 15.01.2019 r.

**Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej **nieprzekraczającej** kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwaną dalej „ustawą”, pn.: **Zakup wyposażenia medycznego**.

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania dotyczącego przedmiotowego postępowania:

*Zakup wyposażenia medycznego
CZĘŚĆ NR 3:*

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści dwa ergonomiczne uchwyty brudne – jeden z niebieskimi uchwytami na obwodzie lampy, drugi przy panelu sterowania?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści wskaźnik odwzorowania barw Ra 95?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści regulowaną średnicę plamy świetlnej wynoszącą 160-280 mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści sterylizowany uchwyt umieszczony ergonomicznie w centralnej części lampy?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści pobór mocy lampy 60W przy założeniu, że lampa zwiększone natężenie – 120000 lux z 1 m?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści głębokość oświetlenia wynoszącą 1200 mm?

Odpowiedź: NIE

Odpowiedzi na pytania zostały przygotowane przez Zastępcę Kanclerza UO

Sprawę prowadzi Marcin Czura, tel.: 77 541 59 30

Strona 1 z 2

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 8 tygodni?

Odpowiedź: NIE

W związku z udzieleniem powyższych odpowiedzi, treść przygotowywanych przez Państwa ofert będzie wymagać dodatkowego nakładu pracy, tym samym dotychczasowy **termin składania ofert ulega zmianie**, tj.: na dzień *piętnastego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego* [**15.01.2019**] roku, do godziny *dziesiątej* [**10:00**], **otwarcie ofert** *piętnastego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego* [**15.01.2019**] roku, godzina *dziesiąta trzydzieści* [**10:30**], Dział Zamówień Publicznych, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pokój nr 3.

Uwzględniając treść zdania poprzedzającego, zmianie ulega treść:

1. SIWZ w: pkt. 16.3., pkt. 17.1.1., pkt. 17.2.1.
2. Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, w sekcji: IV. pkt. 6.2).

Zmieniona (na podstawie zapisów niniejszego pisma) treść SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia znajdują się w załączeniu do niniejszego pisma.

Zgodnie z pkt. 12.6. SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Załączniki:

- zmodyfikowana SIWZ

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP

KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski