



UNIwersytet
OPolski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 77
fax +48 77 541 60 26
zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl

D/40/2018/A/cz.9

L.dz. DZP: 139/2019

Opole, 11.02.2019 r.

Do:

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej **nieprzekraczającej** kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwaną dalej „ustawą”, pn.: **Zakup wyposażenia i drobnego sprzętu laboratoryjnego do sali Diagnostyki Laboratoryjnej KL – część 9: Szkolny mikroskop dwuokularowy**

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści mikroskop posiadający zamiast okularu szerokokopowego WF10x/18 z wbudowanym wskaźnikiem - szerokokopowy okular mikrometryczny WF10x/18 z krzyżem i podziałką? Okular mikrometryczny posiada delikatniejszy znacznik (krzyż), nie zasłaniający obrazu mikroskopowego tak jak wbudowany wskaźnik, a dodatkowo umożliwia dokonywanie pomiarów.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 2:

Prosimy o doprecyzowanie parametrów obiektywów mikroskopu. Oznaczenie EA jest określeniem stosowanym przez jednego z producentów mikroskopów dla opisywania swoich obiektywów. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w obiektywy achromatyczne o następujących parametrach:

- obiektyw 4x / NA 0,1/ 0,17/ WD 18 mm
- obiektyw 10x/NA 0,25/ 0,17/WD 6,5 mm
- obiektyw 40x S / NA 0,65/0,17/WD 0,53 mm
- obiektyw 100x S/NA 1,25/0,17/WD 0,13 mm

Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza opisanych powyżej obiektywów prosimy o doprecyzowanie oczekiwań poprzez podanie oczekiwanych wartości parametrów obiektywów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w obiektywy achromatyczne o podanych parametrach

Pytanie 3:

Prosimy także o doprecyzowanie zapisów umowy w paragrafie 5 pkt 7 dotyczących czasu reakcji serwisu, tak aby 24 godzinny czas dotyczył dni roboczych.

Odpowiedź:

TAK. W związku z powyższym dokonano korekty niniejszego zapisu projektu umowy.

Uwzględniając powyższe, treść przygotowanych przez Państwa ofert będzie wymagać dodatkowego nakładu pracy, tym samym dotychczasowy **termin składania ofert ulega zmianie, tj.: do dnia 18.02.2019 r.** Składanie ofert do godziny 10:00, otwarcie ofert o godzinie 10:30. Miejsce: Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 2-3.

W związku z powyższym, zmianie ulega treść:

1. SIWZ w: pkt. 16.3., pkt. 17.1.1. i pkt. 17.2.1.
2. Projektu umowy w § 5 ust. 7.
3. Ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w sekcji: IV.6.2.

Zmodyfikowana treść SIWZ wraz z projektem umowy oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia znajduje się w załączeniu.

Zgodnie z pkt. 12.6. SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Załączniki:

1. *SIWZ po modyfikacji*
2. *Projekt umowy po modyfikacji*
3. *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia*

KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski