



UNIwersytet
Opolski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 77
fax +48 77 541 60 26
zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl

D/48/2019

L.dz. DZP: 1049/2019

Opole, 23.09.2019 r.

Do:

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej **nieprzekraczającej** kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, pn.: **Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego i mebli medycznych dla nowopowstałej pracowni Mikrobiologii, w której prowadzone będą zajęcia dydaktyczne na kierunku lekarskim UO (obiekt zlokalizowany przy ul. Kominka).**

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania:

Pytania dotyczące części 1 postępowania:

Poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek 1000 ul ze znacznikami w workach po 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość?

Odp.: Zamawiający **wyraża zgodę**

Poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek 1000 ul bez znacznika w workach 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość?

Odp.: Zamawiający **nie wyraża zgody**

Poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek 200 ul ze znacznikiem w workach po 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość?

Odp.: Zamawiający **wyraża zgodę**

Poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek 200 ul bez znacznika w workach po 1000 szt.?

Odp.: Zamawiający **nie wyraża zgody**

Poz. 8. Czy Zamawiający dopuści końcówki pasujące do pipet HTL o poj. 1000 ul w pudełkach 100 szt.? Zgodnie z wiedzą wykonawcy końcówki o poj. 1000 ul są pakowane jedynie w pudełka 100 szt.

Odp.: Zamawiający **dopuszcza**

Poz. 26. Czy Zamawiający dopuści wianienki na odczynniki do pipet wielokanałowych sterylne pakowane pojedynczo w ilości 100 szt. tym samym nie dekompletując oryginalnego opakowania producenta?

Odp.: Zamawiający **dopuszcza**

Uwzględniając powyższe, treść przygotowanych przez Państwa ofert będzie wymagać dodatkowego nakładu pracy, tym samym dotychczasowy **termin składania ofert ulega zmianie, tj.: do dnia 26.09.2019 r.** Składanie ofert do godziny 10:00, otwarcie ofert o godzinie 10:30. Miejsce: Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 2-3.

W związku z powyższym, zmianie ulega treść:

1. SIWZ w: pkt. 16.3., 17.1.1. i 17.2.1.
2. Ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w sekcji: IV.6.2.

Zmodyfikowana treść SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia znajduje się w załączeniu.

Zgodnie z pkt. 12.6 SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Załączniki:

1. *SIWZ po modyfikacji*
2. *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia*

KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski