



D/50/2019

L.dz. DZP: 1134/2019

Opole, 08.10.2019 r.

**Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia udzielonego jako część zamówienia, określonego w Planie Zamówień Publicznych Zamawiającego, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”, pn.: „**Zakup kamery, aparatury pomiarowej, aparatury naukowo-badawczej i audiometru diagnostycznego na potrzeby Kierunku Lekarskiego i Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Opolskiego**”.

I. Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania - części nr 4 (Automatyczny Licznik komórek).

1. Pytanie

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści urządzenie, które nie posiada ekranu LCD zintegrowanego z urządzeniem, ale pozwala na podłączenie do stacji roboczej i obrazowanie wyników w programie dedykowanym do urządzenia?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

2. Pytanie

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści urządzenie, które umożliwia pomiar komórek w zakresie od 10 do 70 um średnicy?

Odpowiedź

Zamawiający w pozycji 2 nie dopuszcza urządzenia, które umożliwia pomiar komórek w zakresie od 10 do 70 um średnicy.

3. Pytanie

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści urządzenie, które umożliwia zliczanie klastrów komórek w analizowanym preparacie?

Odpowiedź

Zamawiający w pozycji 7 nie dopuszcza urządzenia, które umożliwia zliczanie klastrów komórek w analizowanym preparacie.

4. Pytanie

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści urządzenie, w którym ustawienie ostrości odbywa się w sposób manualny?

Odpowiedź

Zamawiający w pozycji 8 nie dopuszcza urządzenia, w którym ustawienie ostrości odbywa się w sposób manualny.

5. Pytanie

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści urządzenie, którego wyniki analizy będą przechowywane w chmurze w liczbie przekraczającej 100 wcześniejszych wyników?

Odpowiedź

Zamawiający w pozycji 9 nie dopuszcza urządzenia, którego wyniki analizy będą przechowywane w chmurze w liczbie przekraczającej 100 wcześniejszych wyników

6. Pytanie

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści urządzenie podłączone do stacji roboczej, która umożliwi podłączenie drukarki termicznej do drukowania wyników w postaci naklejek?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

7. Pytanie

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści urządzenie, którego wyniki przechowywane będą w chmurze, bez potrzeby eksportowania wyników do pamięci USB?

Odpowiedź

Zamawiający w pozycji 11 nie dopuszcza urządzenia, którego wyniki przechowywane będą w chmurze, bez potrzeby eksportowania wyników do pamięci USB.

8. Pytanie

Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści urządzenie, które podaje liczbę zliczonych komórek w oparciu o wzór liczenia komórek z wykorzystaniem hemocytometru?

Odpowiedź

Zamawiający w pozycji 12 nie dopuszcza urządzenia, które podaje liczbę zliczonych komórek w oparciu o wzór liczenia komórek z wykorzystaniem hemocytometru.

9. Pytanie

Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści urządzenie, które nie wymaga slajdu kalibracyjnego, gdyż pracuje z wykorzystaniem hemocytometru (komory Burkera)?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

10. Pytanie

Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści urządzenie, w zestawie którego dołączona jest komora Burkera wielokrotnego użycia i nie wymaga zestawu slajdów do oznaczeń?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

11. Pytanie

Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści urządzenie o mniejszych wymiarach niż wskazane, tj. szerokość 12,2 cm, głębokość 12,2 cm, wysokość 12,5 cm?

Odpowiedź

Zamawiający w pozycji 16 nie dopuszcza urządzenia o mniejszych wymiarach niż wskazane opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1D do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

12. Pytanie

Czy Zamawiający w pozycji 17 dopuści urządzenie, które nie wymaga zasilacza?

Odpowiedź

Zamawiający w pozycji 17 nie dopuszcza urządzenia, które nie wymaga zasilacza

II. Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ, poprzez zmianę **Projekt umowy** - stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, którego **aktualna treść** stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Uwzględnienie ww zmian nie będzie wymagało od Wykonawców w przygotowaniu ofert dodatkowego nakładu czasu pracy, tym samym **termin składania ofert nie ulega zmianie - pozostaje ten sam**, tj.: dzień **11.10.2019** roku. Składanie ofert: do godziny 10:00, miejsce: Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 2-3. Otwarcie ofert: godzina 10:30, miejsce: Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 3.

Zgodnie z pkt. 12.6 SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski

Załącznik:

Projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) uwzględniający wprowadzone modyfikacje

Postępowanie prowadzi Ewa Wabik, tel.: 77 541 59 30

Strona 2 z 2